

# REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CUIDADOS DEL CATÉTER SEGÚN LOS INDICADORES DE ENFERMERÍA DEL PROCESO DE CALIDAD DIÁLISIS DE NUESTRO HOSPITAL.: FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

BLANCA E. MAEZTU MARTÍNEZ  
VANESA GALÁN MARTÍNEZ  
PAULA ALBA CUADRADO  
ROSA M<sup>a</sup> ROYO RUÍZ

LAURA GIL RODRÍGUEZ  
SONIA ALONSO BARAHONA  
LUSI M. SAIZ GARCÍA  
EDUARDO GAROÉ FERNÁNDEZ

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA  
LA RIOJA

## INTRODUCCIÓN

El inicio de tratamiento renal sustitutivo de un número cada vez mayor de pacientes con problemas vasculares importantes ha provocado la creciente tasa de portadores de catéteres centrales como acceso vascular para la hemodiálisis por periodos de tiempo prolongados.

El cuidado protocolarizado para el buen funcionamiento y prevención de complicaciones del catéter es fundamental para la calidad de vida de estos pacientes.

## OBJETIVO

Analizar de la evolución y el funcionamiento de los catéteres para hemodiálisis de nuestra unidad para revisar el procedimiento del manejo del catéter que venimos utilizando los últimos años.

## MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de los indicadores relacionados con el catéter para hemodiálisis (calidad y de carga) recogido en nuestra unidad en los últimos 36 meses.

Estos indicadores son:

De calidad:

- Infección del catéter.
- Infección del Orificio.

De carga: Mal funcionamiento del catéter.

La tasa de incidencia de estos indicadores están calculados con el nº de sesiones. De un total de 18443 sesiones, 4645 sesiones se han realizado con catéter.

## RESULTADOS

La Tasa de incidencia de los indicadores de enfermería recogidos en nuestra unidad en el periodo de tiempo desde abril de 2007 a marzo de 2010 fueron:

- Infecciones de Catéter: 0.107% (objetivo del proceso: <15%)
- Infecciones del orificio: 0.323% (objetivo del proceso: <15%)
- Malfuncionamiento del catéter 8.79% (objetivo del proceso:<4%)

## CONCLUSIONES

Al comparar estos datos con los objetivos de calidad propuesto en nuestro proceso podemos concluir que la aplicación del procedimiento de cuidados del catéter en nuestra unidad es adecuado según nuestros indicadores de calidad, mejorando la calidad de vida del paciente. Aunque también podemos destacar que precisa de modificación para alcanzar los objetivos de carga de trabajo.

