

# **DIALISIS PERITONEAL EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACION: ¿COMO IDENTIFICAR Y UTILIZAR LOS DISTINTOS SISTEMAS?**

Jorge Sánchez, A. Concepción Gómez, Angeles Ojeda.  
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

Póster

## **INTRODUCCION**

La gran diversidad de sistemas utilizados en la DPCA y en la DPI, dificulta ostensiblemente la identificación, de éstos, por el personal del enfermería que desempeña sus funciones en las unidades de hospitalización, donde son ingresados los pacientes del programa domiciliario a causa de eventualidades imposibles de solucionar de forma ambulatoria. Esto unido a que en estas unidades, por lo general, el personal tiene turno rotatorio, y la realización de estas técnicas no es muy frecuente, sobre todo en los periodos de nocturnidad.


Todo esto trae como consecuencia, en ocasiones, la apertura del material no adecuado, con el riesgo de complicaciones que conlleva para el paciente, que puede ser sometido a riesgos innecesarios, por prolongación del tiempo de desconexión, manipulación excesiva del catéter, etc... Además todo esto supone una gran pérdida de tiempo y un aumento de gasto adicional.

## **OBJETIVOS**

- Minimizar los factores de riesgo, para el paciente, en la realización de las tareas.
- Facilitar la identificación correcta de los distintos sistemas utilizados en DPI y DPCA.
- Disminuir los costos de material y de tiempo utilizados en las distintas técnicas.

## METODOLOGIA

Diseñamos un manual con fotografías de los diferentes materiales, de DPCA y DPI, que se usan en las unidades de hospitalización, teniendo en cuenta distintos sistemas y casas comerciales. Comenzamos por el catéter tipo Tenckhoff, los conectores para el tratamiento y los sistemas para varios monitores de DPI. En las sucesivas ilustraciones presentamos los prolongadores para DPCA, los sistemas integrados de las tres casas comerciales que usamos y los detalles más significativos del procedimiento de la técnica. Cada ilustración lleva indicaciones a pie de foto contemplando el momento de uso en el procedimiento y la correspondencia con el sistema.



PRESENTACION PRELIMINAR

## CONCLUSIONES

Desde Marzo de 1993 donde comenzamos con el uso del procedimiento que denominamos, en su momento, catálogo de identificación y uso en DPI y DPCA, observamos que el personal tiene menos dificultades en identificar el material y ha disminuido la cantidad de material usado, aún en los períodos vacacionales; igualmente ha ocurrido con el reesterilizado.

Si bien no tenemos datos objetivos en relación a las posibles complicaciones que se han podido evitar, al no existir datos de peritonitis (en planta) anterior a la fecha, si podemos decir que el personal de enfermería ha resuelto, con soltura, todas dificultades aparecidas respecto al uso del material y sobre todo ha sido muy útil como guía de procedimientos.

El catálogo se presentó en formato de libro, con el inconveniente de tener que manipularlo, por lo que creímos sería mejor y por ello lo presentamos así, darle un formato de póster.